




Використовуйте лише для: оральної поліомієлітної вакцини (OPV), ліофілізованої БЦЖ, кору, краснухи (MR, MMR), ліофілізованого Hib, жовтої лихоманки, менингіту (полісахарид), сказу, ротавірусу (не для RotaTeq®), живої атенуйованої вакцини проти японського енцефаліту (JE live).

ВІДПРАВНИК

1. Підготуйте контейнер для транспортування.
2. Підніміть прозору плівку на передній частині індикатора, для отримати етикетки зі штрих-кодом (вона з клеєм), та приклейте етикетку до транспортного документа.
3. Увімкніть **USRID-16A/B**, натиснувши й утримуючи кнопку **START**  доки **REC**  не зміниться з блимання на постійне увімкнення (5 секунд), потім кнопку із затримкою запуску  на 1 годину.
4. Заповніть наведену нижче картку кульковою ручкою.
5. Вставте цю картку з приєднаним активованим пристроєм у транспортний контейнер.
6. Запакуйте транспортний контейнер.

Приклейте пристрій сюди
цією стороною до гори

Назва відправника: _____

Дата: _____ Час: _____


Номер замовлення вакцини: _____

Вакцина: _____

ОДЕРЖУВАЧ: будь ласка, поверніть картку!




ОТРИМУВАЧ

1. Після прибуття негайно вийміть USRID-16WC із транспортного контейнера.
2. Натисніть і утримуйте кнопку STOP  доки **STOPPED** не зміниться з блимання на постійне (5 секунд), потім відпустіть кнопку. **USRID-16WA/B** зараз зупинено.
3. Дивіться на РК-дисплеї та дотримуйтесь інструкцій, як описано нижче.

Стан на дисплеї в нормі (OK)

Пристрій зупинено.

Галочка  показує, що тривоги не зафіксовано.


Тривалість поїздки становила 26 днів та 18 годин.


Якщо "OK", вакцини в нормі.




ВІДОБРАЖЕННЯ ТРИВОГИ

Пристрій зупинено.

Хрестик  що була зафіксована **ТРИВОГА**.

У цьому прикладі сигнал тривоги стався при температурі $\geq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$, позначено стрілкою .

Якщо USRID-16WA/B відображає сигнал тривоги, будь ласка, дійте відповідно до таблиці рішень нижче:



Температура тривоги	Що треба треба зробити з вакцинами	
	Тільки для оральної поліомієлітної вакцини (OPV)	Інші вакцини
$\geq 45\text{ }^{\circ}\text{C}$	Зверніться до закупівельного відділу	Зверніться до закупівельного відділу
$\geq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$	Зверніться до закупівельного відділу	Зверніться до закупівельного відділу
$\geq 10\text{ }^{\circ}\text{C}$	Зверніться до закупівельного відділу	Допускається